

 Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Santa Fe Ley 11.291	INFORME TÉCNICO DE CONTROL PARA EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIONES IONIZANTES				ITC 4/4	
	<i>Colegio de Ingenieros Especialistas. Comisión de Bioingeniería. Provincia de Santa Fe</i>				APTO ☐ ACO ☐	
					NO APTO ☐	
	FORM	Cód: ITC_4	Rev. 01	Vigencia: Enero 2024	FECHA:	
(Los datos aquí consignados tienen carácter de Declaración Jurada)						

11	DEL SISTEMA DE REVELADO HÚMEDO		C	NC	NA
a.	CUARTO OSCURO	Correcta ventilación, sin entrada de luz.			
b.	VELO	Verificar el no velado de placa en el cuarto oscuro.			
c.	REVELADORA	Verificar correcto funcionamiento.			
d.	REVELADO MANUAL	Verificar cubas sin pérdida de líquidos.			
e.	CHASIS	Verificar correcto estado de pantallas intensificadoras.			

Referencias: **C (conforme); NC (no conforme); NA (no aplica); (*) Norma IEC 60601 y normas particulares.**

OBSERVACIONES (indicar las observaciones haciendo referencia al número y letra del/los punto/s)

.....

Firma y Sello responsable realización ITC